



福県医発第1476号（地）
平成22年10月15日

各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会 長 松 田 峻一良
（ 公 印 省 略 ）

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底につきましては、平成22年8月4日付け福県医発第900号（地）にてご連絡しておりますが、今般、連絡先として記載されていた企業1社が、事業統合したために変更となった旨、日本医師会より別紙のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了解いただき、会員各位への周知方よろしくお願い申し上げます。

記

「製造販売業者等により回収が行われた製品」訂正（下線部修正）

誤	正（下線部修正）
株式会社アネス	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u>
TEL: 04-2960-1820	<u>品質保証・安全総括部 品質保証部</u> <u>TEL: 078-992-1404</u>

※同社の事業統合による。

小郡三井医師会より

医療保険担当理事 山下拓郎
会長 蒲池 壽

(法安 32)F
平成 22 年 8 月 19 日

都道府県医師会
医療安全担当理事殿

日本医師会常任理事
高杉 敬久

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

今般、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課、安全対策課の連名で「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」の訂正について、各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課に連絡した旨、本会宛に連絡がありました。

これは平成 22 年 7 月 29 日付、日医発第 452 号(法安 22)F として発出した「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について(依頼)」に関するものです。【別紙】記載の企業が事業統合したためその連絡先が変更になりました。つきましては、当該対象製品があれば、新しい連絡先にご連絡いただきますよう、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。

事 務 連 絡

平成 22 年 8 月 16 日

社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について(平成22年7月26日薬食発0726第3号厚生労働省医薬食品局長通知)」につき、今般、訂正すべき事項があることから、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課あて連絡したので御了知をお願いいたします。

事 務 連 絡
平成 22 年 8 月 16 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について（平成 22 年 7 月 26 日薬食発 0726 第 3 号厚生労働省医薬食品局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、下記のとおり差し替え訂正方より
しくお願いいたします。

記

1. 別紙「製造販売業者等により回収が行われた製品」訂正（下線部修正）

誤	正（下線部修正）
株式会社アネス	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u>
TEL:04-2960-1820	<u>品質保証・安全総括部 品質保証部</u> <u>TEL:078-992-1404</u>

※同社の事業統合による。

2. 1. の訂正については、別紙訂正資料も参考にされたいこと。

【別紙】

製造販売業者等により回収が行われた製品

製造販売業者等	製品名	連絡先	今回の確認(平成20年11月～平成22年7月)による回収数量	【参考】平成13年当時の自主回収	
				回収クラス分類	回収数量
五十嵐医科工業 (平成20年11月に回収命令)	① ORジャクソンリース セット	五十嵐医科工業株式会社 担当(安全管理責任者 五十嵐) TEL:03-3812-6101	342	クラスⅠ	423
	② Bスイムジャクソンリース セット		792		3,867
アコマ医科工業 (平成20年12月に回収命令)	「アコマ麻酔機PRO」の付属品であるジャクソンリース小児用麻酔回路	アコマ医科工業株式会社 担当(安全管理部 早川) TEL:03-3811-4151	73	クラスⅠ	497
<u>エア・ウォーター防災株式会社</u> (過去の輸入業者アイカ、販売業者アネス)	デュパコ社製ノーマンマスキエルボ	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u> <u>品質保証・安全総括部 品質保証部</u> <u>TEL:078-992-1404</u>	97	クラスⅡ	209
小林製薬 (アトムメディカル株式会社より承継)	ジャクソンリース蘇生回路のうち垂直型エルボーを有する製品	小林製薬株式会社 小林メディカルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL:06-6222-6606	39	クラスⅡ	1,364

※ いずれの製品も現在は販売されていない。