



福岡県医師会
平成23年9月22日

各 医 師 会 長 殿

福岡県医師会
会長 松田 峻一良
(公 印 省 略)

抗血小板剤及びタクサス エレメント ステントシステムの適正使用について

標記の件につきまして、厚生労働省医薬食品局審査管理課及び安全対策課よりボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社宛に通知した旨、福岡県保健医療介護部薬務課を通じて別紙のとおり通知がありましたのでご連絡いたします。

本件は、今般、承認された薬剤溶出型冠動脈ステントシステム「タクサス エレメント ステントシステム」を使用する場合にあっては、添付文書等に十分留意し、適正に使用することを求めるものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、貴会会員への周知方につきご高配賜りますようお願い申し上げます。

(参考)

平成23年9月5日付事務連絡については、以下のURLにも掲載しています。

<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/iryokikituuchi2011.html>

小郡三井医師会より


医療安全管理担当理事 島田昇二郎
会長 蒲池 壽

23薬第1938号

平成23年9月15日

社団法人福岡県医師会会長殿

福岡県保健医療介護部薬務課長



抗血小板剤及びタクサス エレメント ステントシステムの適正使用について

本県の薬事行政につきましては、平素から格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記の件について、平成23年9月5日付事務連絡をもって、厚生労働省医薬食品局審査管理課及び安全対策課から別添のとおり情報提供がありましたので、お知らせします。

つきましては、今般、承認された薬剤溶出型冠動脈ステントシステム「タクサス エレメントステントシステム」を使用する場合にあっては、添付文書等に十分留意し、適正に使用されるよう貴会会員に対して周知をお願いします。

(参考)

平成23年9月5日付事務連絡については、以下のURLにも掲載しています。

<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/iryoukikituuchi2011.html>



各医師会通知

事 務 連 絡
平成 23 年 9 月 5 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

厚生労働省医薬食品局安全対策課

抗血小板剤及びタクサス エLEMENT ステントシステムの適正使用について

標記につきまして、別添写しのとおりボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社あてに通知しましたので、お知らせします。





別 添

薬食審査発0905第2号

薬食安発0905第1号

平成23年9月5日

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

代表取締役社長 モーリック・ナナバティ 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

抗血小板剤及びタクサス エレメント ステントシステムの適正使用について

貴社の製造販売する薬剤溶出型冠動脈ステント「TAXUS エクスプレス2 ステント」及び「タクサス リバティール ステントシステム」については、これまで平成19年4月20日付け薬食審査発第0420003号・薬食安発第0420001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・厚生労働省医薬食品局安全対策課長連名通知「TAXUS エクスプレス2 ステントの適正使用について」、平成21年1月28日付け薬食審査発第0128001号・薬食安発第0128001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・厚生労働省医薬食品局安全対策課長連名通知「タクサス リバティール ステントシステムの適正使用について」及び平成23年7月20日付け薬食機発0720第1号・薬食安発0720第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長・厚生労働省医薬食品局安全対策課長連名通知「冠動脈ステントに係る使用上の注意の改訂等について」のとおり通知しましたが、今般、「タクサス エレメント ステントシステム」が承認されたことに伴い、当該製品の適正使用に関しても、同様の対策を講じるようお願いします。